

再圧室点検記録表

令和 年 月 日 時

点 検 項 目	点 検 内 容	可	否	備 考	
扉（蓋）	扉のパッキンに異常はないか				
	扉に傷、ひずみはないか				
	漏れはないか				
送、排気設備	バルブは正しく作動するか				
	送気ホースは異常ないか				
	ホースバンドのゆるみはないか				
給気装置	コンプレッサー	コンプレッサーは完全に作動するか			
		清浄器の清浄能力はOKか			
	空気ボンベ	空気ボンベは完備しているか			
		圧力調整器は正常に作動するか			
圧 力 計	指針は正確か				
流 量 計	正しく作動しているか				
安 全 弁	規定の圧力で作動しているか				
通 話 装 置	感度はよいか、異常はないか				
の ぞ き 窓	ヒビ割れ、漏れ、異常はないか				
サ ー ビ ス ・ ロ ッ ク	正しく作動するか、漏れはないか				
ア ー ス	常備しているか				
再 圧 室 ・ 本 体	内部に汚れ、臭気はないか				
	外部にひどい損傷はないか				

点検者名 ⑩

管理者名 ⑩
